

SỞ Y TẾ BẮC GIANG
BỆNH VIỆN PHỔI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: / BVP- KD
V/v mời báo giá Hệ thống CT
scanner 32 lát cắt

Bắc Giang, ngày tháng năm 2023

Kính gửi: Các đơn vị cung ứng

Trước hết, Bệnh viện phổi Bắc Giang trân trọng cảm ơn các đơn vị cung cấp vật tư, trang thiết bị y tế (Sau đây gọi là nhà thầu) đã hợp tác với Bệnh viện trong suốt thời gian qua.

Hiện nay Bệnh viện Phổi Bắc Giang đang có kế hoạch Hệ thống CT scanner 32 lát cắt phục vụ công tác khám chữa bệnh tại đơn vị, cụ thể hàng hóa theo yêu cầu báo giá kèm theo công văn,

Để có đủ căn cứ, cơ sở xem xét xây dựng cấu hình, thông số kỹ thuật, giá kế hoạch theo đúng Luật đấu thầu và các qui định hiện hành, Bệnh viện Phổi Bắc Giang kính mời các nhà thầu có quan tâm, có khả năng cung cấp hàng hóa nêu trên gửi hồ sơ báo giá về bệnh viện Phổi Bắc Giang.

1. Nội dung và tiếp nhận báo giá

- Nhà thầu chuẩn bị và nộp 01 bản báo giá
- Việc gửi, nộp hồ sơ chào giá Quý nhà thầu có thể gửi trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện về địa chỉ:

Bản giấy: Khoa Dược -VTYT, Bệnh viện Phổi Bắc Giang

(Địa chỉ: Km số 4, xã Song Mai- TP Bắc Giang)

Điện thoại: 0977 734 144

Bản điện tử: (file scan báo giá)

Email: haodkh2010@gmail.com; Zalo: 0977 734 144

Báo giá phải có hiệu lực ít nhất trong 90 ngày kể từ ngày báo giá. Thời gian thực hiện hợp đồng nếu sau này cung ứng hàng hóa/dịch vụ là 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. Tài liệu cần gửi kèm theo báo giá: Giấy phép đăng ký kinh doanh có phạm vi kinh bao gồm dịch vụ, hàng hóa. Dịch vụ cần báo giá...

2. Thời gian nhận báo giá: **10 ngày** kể từ ngày thông báo ban hành (hoặc đăng tải trên website <https://benhvienphoibacgiang.com>).

Vậy, Bệnh viện Phổi Bắc Giang trân trọng kính mời các nhà thầu quan tâm tham dự./.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu: VT; KD.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Ngọc Thanh

YÊU CẦU BÁO GIÁ⁽¹⁾

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Phổi Bắc Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Hệ thống CT scanner 32 lát cắt phục vụ công tác khám chữa bệnh tại đơn vị với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Phổi Bắc Giang

Địa chỉ: Km số 4, xã Song Mai, Tp Bắc Giang

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá

Họ và tên người liên hệ: DS Đinh Xuân Hào

Chức vụ: Phó Trưởng khoa dược VTYT

Số điện thoại/zalo: 0977734144

Email: Haodkh2010@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhà thầu chuẩn bị và nộp 01 bản báo giá bản có dấu đỏ và 01 bản scan
- Việc gửi, nộp hồ sơ chào giá Quý nhà thầu có thể gửi trực hoặc gửi qua đường bưu điện về địa chỉ:

Bản giấy: Khoa Dược -VTYT, Bệnh viện Phổi Bắc Giang

(Địa chỉ: Km số 4, xã Song Mai- TP Bắc Giang)

Điện thoại: 0977734144

Bản điện tử: (file scan báo giá)

Email: haodkh2010@gmail.com ; Zalo: 0977734144

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 8 tháng 9 năm 2023 đến trước 17h ngày 18 tháng 9 năm 2023

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 18 tháng 9 năm 2023

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục thiết bị y tế/ linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế (gọi chung là thiết bị).

STT	NỘI DUNG	ĐVT	YÊU CẦU TỐI THIỂU ĐỀ XUẤT
	Năm sản xuất:		Từ 2023 trở về sau
	Điện áp sử dụng:		380 V/3 pha và 220 V/1 pha; 50 Hz \pm 10%
I	CẤU HÌNH HỆ THỐNG BAO GỒM:	ĐV	
1	Hệ thống máy chính CT, bao gồm:	Hệ thống	
1.1.	Khoang máy (Gantry)	Bộ	01 Bộ
1.2.	Bộ đầu thu (Detector)	Bộ	01 Bộ
1.3.	Bóng X-quang	Bộ	01 Bộ
1.4.	Tủ phát cao thế	Bộ	01 Bộ
1.5.	Bàn bệnh nhân	Bộ	01 Bộ
1.6.	Trạm điều khiển và xử lý hình ảnh		
1.6.1	Cấu hình phần cứng:		
	Máy tính điều khiển và xử lý ảnh:	Bộ	01 Bộ
	Độ phân giải màn hình		Tối thiểu 1280x1024
	Màn hình hiển thị:		Tối thiểu 24 inch

STT	NỘI DUNG	ĐVT	YÊU CẦU TỐI THIỂU ĐỀ XUẤT
	RAM:		Tối thiểu 16GB DDR4
	Dung lượng ổ cứng		Tối thiểu 500GB SSD
	Tính năng cơ bản của trạm điều khiển và xử lý hình ảnh:		Có
	Chíp xử lý		Tối thiểu từ Core I7 trở lên hoặc tương đương
1.6.2.	Các phần mềm/ chức năng chụp trên trạm điều khiển và xử lý hình ảnh		
	Các phần mềm/ chức năng chụp cơ bản:		
	Ứng dụng xem ảnh 2D		Có
	Ứng dụng xem ảnh 3D (3D viewer)		Có
	Dựng hình 3D, MIP, VIP, minIP, SurfaceMIP		Có
	+ Chế độ quét: Xoắn ốc, tuần tự, khảo sát Surview		Có
	Chức năng chụp khẩn cấp		Có
	Các phần mềm giảm liều tia trong quá trình quét:		Có
	Phần mềm /chức năng theo dõi và báo cáo liều tia:		Có
	Chức năng chụp cho trẻ nhỏ		Có
	Chức năng kiểm tra thời gian tiêm nhanh		
	Phần mềm tái tạo lặp trên dữ liệu thô		Có
	Chức năng giảm nhiễu ảnh giả kim loại		
	Chức năng chụp bắt thuốc cản quang		Có
	Cổng và chuẩn kết nối DICOM 3.0	Bộ	Có

STT	NỘI DUNG	ĐVT	YÊU CẦU TỐI THIỂU ĐỀ XUẤT
	Tính năng hỗ trợ gửi thông tin thực hiện thăm khám tới hệ thống RIS (kết nối tới HIS) của bệnh viện		Có
	Phần mềm/ chức năng chẩn đoán hồng và sửa máy từ xa		Có
	Phần mềm /chức năng tạo hình ảnh theo các mặt nghiêng và cong		Có
	Chức năng loại bỏ xương		Có
	Chức năng in phim theo chuẩn DICOM 3.0		Có
	Phần mềm/ chức năng ghi hình DICOM ra CD/DVD		Có
	Các ứng dụng nâng cao		
	Phần mềm/ chức năng nội soi ảo cấu trúc chứa khí và xoang và mạch máu	Bộ	01 Bộ
	Phần mềm phát hiện và phân tích nốt Phổi trên AW	Bộ	01 Bộ
	Phần mềm phân tích nhu mô phổi và hệ thống đường khí trên AW	Bộ	01 Bộ
	Phần mềm Chụp phân tích phổi, đánh giá u phổi	Bộ	01 Bộ
	Phần mềm phân tích đường khí	Bộ	01 Bộ
	Phần mềm/ chức năng xem ảnh nội soi ảo	Bộ	01 Bộ
	Phần mềm/Chức năng chụp khảo sát Ung thư trên AW	Bộ	01 Bộ
II	CÁC PHỤ KIỆN ĐI KÈM		
	UPS online Dùng cho máy tính	Cái	Tối thiểu 3KVA
	UPS online cho trạm xử lý hình ảnh AW workstation	Cái	Tối thiểu 3KVA
	Áo chì có độ chì dày tương đương $\geq 0.35\text{mm}$	Cái	1

STT	NỘI DUNG	ĐVT	YÊU CẦU TỐI THIỂU ĐỀ XUẤT
	Bộ camera và màn hình quan sát	Bộ	01 bộ
	Bàn ghế để hệ thống điều khiển và trạm làm việc	Bộ	01 bộ
	Thiết bị kết nối mạng	Bộ	01 bộ
	Đèn báo phát tia	cái	1
	Phantom và bộ gá để chuẩn máy	Bộ	01 bộ
	Bộ phụ kiện định vị bệnh nhân: bao gồm	Bộ	01 bộ
	Biển áp cách ly phù hợp với thiết bị, nhập khẩu đồng bộ	Bộ	01 bộ
	Hệ thống đàm thoại nội bộ 2 chiều	Bộ	01 bộ
	Phần cứng và phần mềm cho sinh thiết	Bộ	01 bộ
	Tủ điện cấp nguồn 3 pha đầu vào cho hệ thống máy, bao gồm: CB, khởi động từ, bộ bảo vệ pha, các thanh cái tiếp địa, trung tính	Bộ	01 bộ
	Máy in film khô	Chiếc	1
	Cỡ phim:		4 cỡ phim
	Số khay chứa phim		2 khay
	Máy bơm thuốc cản quang loại 1 nòng.	Chiếc	1
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng việt	Bộ	2
	Kính chì, kích thước 80x100cm	Chiếc	1
	Máy tính bảng	Chiếc	1
III	CÁC YÊU CẦU KHÁC		
1	Thời hạn giao hàng kể từ khi hợp đồng có hiệu lực.		Giao hàng <90 ngày
2	Thời gian bảo hành kể khi nghiệm thu đưa vào sử dụng.		Tối thiểu 24 tháng

STT	NỘI DUNG	ĐVT	YÊU CẦU TỐI THIỂU ĐỀ XUẤT
3	Thời gian bảo hành đối với bóng X quang		tối thiểu 12 tháng sau khi nghiệm thu đưa vào sử dụng hoặc 75.000 giờ phát tia, tùy theo điều kiện nào đến trước
4	Bảo trì trong thời gian bảo hành: Theo tiêu chuẩn của hãng sản xuất		5 năm
5	Có cam kết cung cấp giấy chứng nhận xuất xứ (CO), chứng nhận chất lượng (CQ) khi giao hàng		Có
6	Có ủy quyền hợp pháp từ nhà sản xuất hoặc đại lý phân phối chính thức được ủy quyền của nhà sản xuất tại Việt Nam.		Có
7	Có cam kết bảo trì sau thời gian bảo hành, cam kết cung cấp phụ tùng thay thế và vật tư tiêu hao trong vòng tối thiểu 10 năm.		Có

Ghi chú: Yêu cầu của bệnh viện là yêu cầu tối thiểu; các nhà cung ứng khi gửi báo giá phải gửi cấu hình báo giá chi tiết (thông số kỹ thuật phải tương đương hoặc tốt hơn)

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: giao hàng tại kho VTYT-HC-TB Bệnh viện Phổi Bắc Giang, Đ/c Km số 4 xã Song Mai, TP Bắc Giang

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Ghi theo thời gian dự kiến giao hàng, phù hợp với kế hoạch lựa chọn nhà thầu và thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán 01 lần hoặc thành nhiều đợt theo thỏa thuận giữa 02 bên

5. Các thông tin khác (nếu có).

Ghi chú:

(1) Trường hợp đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Chủ đầu tư đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của chủ đầu tư, bên mời thầu để đăng tải Yêu cầu báo giá.

Việc điền các thông tin trong Yêu cầu báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Yêu cầu báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Chủ đầu tư phải đính kèm theo file “Bảng mô tả”, trong đó phải nêu đầy đủ các thông tin để nhà thầu làm cơ sở báo giá như mô tả các tính năng, yêu cầu kỹ thuật cơ bản của các thiết bị y tế; các yêu cầu về địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế; thời gian giao hàng dự kiến và các thông tin liên quan khác).

Trường hợp Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia triển khai được tính năng gửi và nhận yêu cầu báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (theo thông báo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư) thì hãng sản xuất, nhà cung cấp phải đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư (không gửi báo giá theo các cách thức nêu tại khoản 3 Mục I của Mẫu này); sau thời hạn tiếp nhận báo giá, hãng sản xuất, nhà cung cấp không thể gửi được báo giá lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, nội dung tại khoản 3 Mục I của Mẫu này được chỉnh sửa như sau:

“3. Cách thức tiếp nhận báo giá: hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Các báo giá gửi theo đường bưu điện, Fax, email hoặc các cách thức khác sẽ không được xem xét”.

Kết thúc thời hạn tiếp nhận báo giá, Chủ đầu tư đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của chủ đầu tư, bên mời thầu để lấy thông tin báo giá của các hãng sản xuất, nhà cung cấp.

(2) Thời gian tiếp nhận báo giá tối thiểu 10 ngày kể từ ngày đăng tải hoặc gửi yêu cầu báo giá. Ngày cuối cùng tiếp nhận báo giá không được trùng với ngày nghỉ làm việc theo quy định của pháp luật về lao động.

Mẫu báo giá

Áp dụng đối với gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế; gói thầu mua sắm linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế

BÁO GIÁ⁽¹⁾

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan

STT	Danh mục thiết bị y tế ⁽²⁾	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất ⁽³⁾	Mã HS ⁽⁴⁾	Năm sản xuất ⁽⁵⁾	Xuất xứ ⁽⁶⁾	Số lượng/khối lượng ⁽⁷⁾	Đơn giá ⁽⁸⁾ (VND)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan ⁽⁹⁾ (VND)	Thuế, phí, lệ phí (nếu có) ⁽¹⁰⁾ (VND)	Thành tiền ⁽¹¹⁾ (VND)
1	Thiết bị A									
2	Thiết bị B									
n	...									

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm ... [ghi ngàytháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng....năm....

**Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất,
nhà cung cấp⁽¹²⁾**

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:

(1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, hãng sản xuất, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12.

(2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại thiết bị y tế theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế” trong Yêu cầu báo giá.

(3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của thiết bị y tế tương ứng với chủng loại thiết bị y tế ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế”.

(4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng thiết bị y tế.

(5), (6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của thiết bị y tế.

(7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá.

(8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng thiết bị y tế.

(9) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị để thực hiện các dịch vụ liên quan như lắp đặt, vận chuyển, bảo quản cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế; chỉ tính chi phí cho các dịch vụ liên quan trong nước.

(10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu có) cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế. Đối với các thiết bị y tế nhập khẩu, hãng sản xuất, nhà cung cấp phải tính toán các chi phí nhập khẩu, hải quan, bảo hiểm và các chi phí khác ngoài lãnh thổ Việt Nam để phân bổ vào đơn giá của thiết bị y tế.

(11) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng thiết bị y tế. Giá trị ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng thiết bị y tế (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá.

Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND). Trường hợp ghi bằng đồng tiền nước ngoài, Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy đổi của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố tại thời điểm ngày kết thúc nhận báo giá.

(12) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.

Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên thống nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.